



Łomża, 20.07.2018 r.

Znak sprawy: KZp.2730.10.18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowych trenerów do Centrum Symulacji Medycznej” (Znak sprawy: KZp.2730.10.18)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588915-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 17.08.2018 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 35 dni roboczych.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu - termin realizacji zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w umowie na: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zrezygnowanie z wymogu przeglądów technicznych, ponieważ zaproponowane produkty nie wymagają przeglądów technicznych, a rezygnacja z zapisu umożliwi dodatkowo zaproponowanie konkurencyjnych cen produktów.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zrezygnowanie z wymogu przeglądów technicznych - zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji – przystąpienia do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin oraz czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii na 5 dni.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji – przystąpienia do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki – czas reakcji przystąpienia do naprawy zgodnie z zapisem SIWZ.



Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – 21 dni, prośbę swoją motywujemy tym, że są to produkty dostarczone z USA, w związku z tym terminy dostawy są wydłużone.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – czas reakcji skutecznej naprawy zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości trenera dostępu do naczyniowego spełniającego wszystkie parametry i funkcjonalności wymienione przez Zamawiającego oprócz możliwości symulowania zapadniętych i wysklepionych naczyń krwionośnych? Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany trenera nie posiada tej funkcji.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza do postępowania wysokiej jakości trenera dostępu do naczyniowego spełniającego wszystkie parametry i funkcjonalności wymienione w SIWZ również bez możliwości symulowania zapadniętych i wysklepionych naczyń krwionośnych.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenera posiadający 8 miejsc przeznaczonych do iniekcji śródskórnej, 4 po wewnętrznej stronie oraz 4 po zewnętrznej stronie jednocześnie spełniającego pozostałe parametry i funkcjonalności? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza do postępowania trenera posiadający 8 miejsc przeznaczonych do iniekcji śródskórnej, 4 po wewnętrznej stronie oraz 4 po zewnętrznej stronie jednocześnie spełniającego pozostałe parametry i funkcjonalności wynikające z SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości trenera cewnikowania pęcherza/wymienny spełniającego wszystkie parametry i funkcjonalności wymienione przez Zamawiającego, lecz nie posiada sztucznych przetok-cyctestomi oraz urostomii? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody – funkcjonalność wysokiej jakości trenera cewnikowania pęcherza/wymienny zgodnie z opisem SIWZ

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **25.07.2018 r.** do godziny **14:00**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: **24.07.2017 r.** do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:



Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)

3. Oferty zostaną otwarte dnia **24.07.2017 r.** o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. Oferty należy składać do dnia: **25.07.2017 r.** do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **25.07.2017 r.** o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego

p.o. KANCLERZ

mgr inż. Artur Baldowski