



Łomża, 06.08.2018 r.

Znak sprawy: KZp.2730.14.18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowych fantomów do Centrum Symulacji Medycznej” (Znak sprawy: KZp.2730.14.18)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597923-N-2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 03.08.2018r wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w umowie na: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zrezygnowanie z wymogu przeglądów technicznych, ponieważ zaproponowane produkty nie wymagają przeglądów technicznych, a rezygnacja z zapisu umożliwi dodatkowo zaproponowanie konkurencyjnych cen produktów.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zrezygnowanie z wymogu przeglądów technicznych - zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie zapisu – „Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym” – czy Zamawiający ma na myśli nowy kompletny produkty tj. fantom, czy awaryjną część produktu.

Wyjaśnienie: Precyzując zapis „Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym” –Zamawiający miał na myśli wymianę na nowy kompletny produkt-fantom a nie tylko część awaryjną produktu.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – 30 dni, prośbę swoją motywujemy tym, że są to produkty dostarczone z USA, w związku z tym terminy dostawy są wydłużone.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ.



Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostarczenia fantomu w przypadku usuwania awarii do 30 dni.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytania dotyczące dostawy wielofunkcyjnego zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego – Zadanie nr 1

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania zaawansowany fantom pielęgnacyjny posiadający ruchome główne stawy (ruchomą głowę, szczękę, bark, stawy biodrowe, kolana i kostki) w zamian za fizjologiczny zakres ruchów w stawach? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności w zamian za umieszczone w specyfikacji odgłosy pracy serca i szmery oddechowe następujące stany:

Miejsce	Dźwięk	Opis
Prawa strona podstawy serca ¹	Tony u podstawy serca	Pacjent ma zdrowe serce z łagodną niedokrwistością. Serce jest hiper-dynamiczne ze zwiększoną pojemnością minutową. S2 jest zaakcentowane nad podstawą.
	Utrwalone rozdwojenie S2	Pacjent ma ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, który zwiększa przepływ przez prawe serce, przedłuża skurcz prawej komory i także wytwarza szmer śród-skurczowy (mid-systolic murmur MSM) z powodu zwiększonego przepływu przez ujście prawej komory
Lewa strona podstawy serca ²	Fizjologiczne rozdwojenie S2	Rozdwojenie S2 jest łatwo słyszalne podczas wdechu, a podczas wydechu ton drugi jest pojedynczy. Druga komponenta rozdwojonego tonu (P2) jest zaakcentowana.
	Rozdwojenie S2	S2 jest zmiennie rozdwojony podczas wdechu, gdy trzy uderzenia są powtarzane
Lewa granica serca w linii przymostkowej ³	Paradoksalne rozdwojenie S2	Rozdwojenie S2 jest słyszalne podczas wydechu, ale ton drugi staje się pojedynczy podczas wdechu. Dźwięki tła są zwiększane podczas wdechu
	Trzask otwarcia	Pacjent ma zwężenie zastawki dwudzielnej, odpowiedzialne za wczesny ostry dźwięk rozkurczowy słyszalny u podstawy serca 0,08 sekundy po S2. S1 jest zazwyczaj głośniejszy u podstawy, co odzwierciedla zwężenie zastawki dwudzielnej
	Tarcie osierdzia	Pacjent ma mocnicowe zapalenie osierdzia, które prowadzi do ocierania się o siebie szorstkich powierzchni osierdzia trzewnego i ściennego. Trójskładowe tarcie występuje podczas głębokiego wdechu
Koniuszek	Ton znad	Pacjent ma zdrowe serce z łagodną niedokrwistością. Serce

¹ Rzut zastawki aortalnej – w prawej linii przymostkowej na wysokości przyczepu II żebra

² Rzut zastawki pnia płucnego – w lewej linii przymostkowej na wysokości przyczepu II żebra

³ Rzut zastawki trójdzielnej – w amerykańskiej praktyce osłuchiwana w lewej linii przymostkowej na wysokości przyczepu V żebra



	koniuszka	jest hiper-dynamiczne ze zwiększoną pojemnością minutową
	Kliknięcie śródskurczowe	Pacjent ma wypadanie płotka zastawki dwudzielnej, co wytwarza śródskurczowe kliknięcie słyszalne podczas wdechu
	Ton III (S3)	Pacjent ma dobrze słyszalny trzeci ton serca. S3 Występuje w późniejszej fazie rozkurczu niż trzask otwarcia zastawek
	Sporadyczny S4	Pacjent ma przerost lewej komory serca i czwarty ton serca, który nie jest słyszalny przy każdym cyklu pracy serca. Ton słyszalny przedskurczowo, około 0,1 sekundy przed S1
	Zastawka Starr-Edwads	Ta mechaniczna zastawka mitralna z kulką w klatce ma mechaniczny dźwięk zamknięcia (S1) i jeden lub więcej dźwięków rozkurczowych powodowanych przez kulkę odbijającą się w klatce
Tchawica	Szmer oskrzelowy (znad tchawicy)	Dźwięk wydechu jest głośniejszy i o wyższym tonie, czas trwania jest dłuższy niż podczas wdechu.
	Stridor	Pacjent ma znaczną niewydolność oddechową i wąską szparę pomiędzy fałdami głosowymi, która produkuje wysokie dźwięki podczas wdechu i wydechu. W końcowej fazie wydechu następuje gwałtowny spadek wysokości dźwięku

Miejsce	Dźwięk	Opis
Klatka piersiowa – góra (2 miejsca)	Szmer oskrzelowy	Szmer jest podobny do szmeru znad tchawicy w tym sensie, że faza wydechowa jest głośniejsza i trwa dłużej niż faza wdechowa. Główną cechą wyróżniającą jest wysoki i głośny dźwięk fazy wydechowej.
	Świsty	Dźwięczne świsty są częste wśród pacjentów z astmą. Podczas wdechu świst ma nieco wyższy dźwięk niż podczas wydechu. Wśród astmatyków świsty są często obecne zarówno w pojedynczej jak i oby fazach oddychania
Klatka piersiowa – dół (2 miejsca)	Szmer oskrzelowe	Szmer jest podobny do szmeru znad tchawicy w tym sensie, że faza wydechowa jest głośniejsza i trwa dłużej niż faza wdechowa. Główną cechą wyróżniającą jest wysoki i głośny dźwięk fazy wydechowej.
Plecy (4 miejsca)	Świsty	Dźwięczne świsty są częste wśród pacjentów z astmą. Podczas wdechu świst ma nieco wyższy dźwięk niż podczas wydechu. Wśród astmatyków świsty są często obecne zarówno w pojedynczej jak i oby fazach oddychania
	Tarcie opłucnej	Dźwięk ten wywodzi się z ocierających się o siebie zmienionych zapalnie powierzchni opłucnej. Dźwięk jest powtarzalny tak długo jak sposób oddychania i pozycja pacjenta pozostają niezmiennymi. Dźwięk podobny, ale o niższej wysokości, do rzężeń.
Plecy (4 miejsca)	Trzeszczenia ⁴	Dźwięki te pojawiają się w trakcie wdechu i stopniowo zwiększają swą intensywność aż do końca wydechu. Trzeszczenia są również słyszalne we wczesnej fazie wydechowej niektórych oddechów.
	Furczenia i trzeszczenia	Trzeszczenia są słyszalne zarówno w trakcie wdechu i wydechu. Występują również powtarzalne, bardzo niskie, dźwięki którymi są furczenia. Słyszalne są także piski w tle



		szmerów oskrzelowych.
	Trzeszczenia ⁵	Trzeszczenia pojawiają się z początkiem wdechu i zmniejszają swą intensywność i występowanie wraz z końcem wdechu. Wydech nie jest słyszalny.
	Obrzęk płuc	Trzeszczenia pojawiają się pod koniec wdechu i trwają do końca wydechu. Częstość oddechu jest szybka, a faza wydechowa ma charakter „oskrzelowy”. Cechy te występują w trakcie niewydolności oddechowej i przeciążenia układu oddechowego.

Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaawansowany fantom pielęgnacyjny posiadający możliwość ćwiczeń procedur ćwiczeń okulistycznych oraz symulację płukania oka, ale bez możliwości użycia płynu? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści fantom, który posiada jedną źrenicę zwężoną, a drugą normalną? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany fantom pielęgnacyjny umożliwiający osłuchiwanie dźwięków serca i płuc za pomocą dedykowanego stetoskopu a nie stetoskopu klinicznego? Zastosowanie takiego rozwiązania nie wpływa na realizację odbywających się zajęć, a pozwoli na wzięcie udziału większej ilości oferentów a tym samym uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom z urządzeniem sterującym komunikowanym z fantomem tylko bezprzewodowo? Sterowanie bezprzewodowe umożliwia stworzenie bardziej rzeczywistych warunków oraz ułatwia ćwiczenie opieki nad pacjentem w ruchu. Jednocześnie umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytania dotyczące dostawy zaawansowanego fantomu ALS osoby dorosłej

Pytanie nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o rezygnację lub o przeniesienie do parametrów punktowanych możliwości oceny reakcji źrenic na światło oraz możliwości ustawienia częstotliwości mrugania. Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz



uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom z urządzeniem sterującym komunikowanym z fantomem tylko bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth? Sterowanie bezprzewodowe umożliwia stworzenie bardziej rzeczywistych warunków oraz ułatwia ćwiczenie opieki nad pacjentem w ruchu. Jednocześnie umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytania dotyczące dostawy zaawansowanego fantomu PALS dziecka

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaawansowany fantom PALS z anatomicznie odwzorowanymi drogami oddechowymi, lecz nie posiadający krtań, nagłośni oraz chrząstki nalewkowatej? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację lub o przeniesie do parametrów punktowych „Możliwości wykonania symulacji blokady dróg oddechowych”. Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fantom PALS dziecka nie posiadający możliwości dostępu udowego w celu wykonania wkłucia centralnego, uzyskanie centralnego dostępu dożylnego – z żyły udowej? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom PALS dziecka posiadający możliwość iniekcji domięśniowej w obrębie kończyny górnej, lecz nie posiadający znaczników kości ramienia ułatwiających identyfikację tkanki mięśniowej? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ


Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom PALS posiadający możliwość pomiaru ciśnienia krwi, lecz nie posiadający możliwości podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie? Jest to cecha charakteryzująca trenażery służące wyłącznie do nauki pomiaru ciśnienia, a nie zaawansowane fantomy PALS.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom, który umożliwi bezprzrządowe



udrażnianie dróg oddechowych i posiada ruchomą żuchwę a nie możliwość wyluksowania jej? Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom z urządzeniem sterującym komunikowanym z fantomem tylko bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth? Sterowanie bezprzewodowe umożliwia stworzenie bardziej rzeczywistych warunków oraz ułatwia ćwiczenie opieki nad pacjentem w ruchu. Jednocześnie umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy Zadania nr 6 – Dostawa fantomu BLS dorosłego

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności w pkt. 28. Co najmniej 100 szt. maseczek jednorazowych w zamian za 10 szt. wymiennych dróg oddechowych. Opisany fantom posiada odwzorowane drogi oddechowe i nie posiada ich wymiennych/jednorazowych. Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Zadania nr 6 – Dostawa fantomu BLS dorosłego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom z urządzeniem sterującym komunikowanym z fantomem tylko bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth? Sterowanie bezprzewodowe umożliwia stworzenie bardziej rzeczywistych warunków oraz ułatwia ćwiczenie opieki nad pacjentem w ruchu. Jednocześnie umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 23

Dotyczy Zadania nr 7 – Dostawa fantomu BLS dziecka

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie wymaganego parametru z pkt. 6. „Głowa umożliwiająca intubację” do parametru punktowanego. Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ,

Pytanie nr 24

Dotyczy Zadania nr 7 – Dostawa fantomu BLS dziecka

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności (pkt. 12) „Co najmniej 100 szt. maseczek jednorazowych” zamian za „Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta. W zestawie 10 szt. wymiennych dróg oddechowych”. Opisany fantom z możliwością intubacji posiada odwzorowane drogi oddechowe i nie posiada ich wymiennych/jednorazowych. Umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 25

Dotyczy Zadania nr 7 – Dostawa fantomu BLS dziecka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom z urządzeniem sterującym komunikowanym z fantomem tylko bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth? Sterowanie bezprzewodowe umożliwi stworzenie bardziej rzeczywistych warunków oraz ułatwia ćwiczenie opieki nad pacjentem w ruchu. Jednocześnie umożliwi to złożenie większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy Zadania nr 7 – Dostawa fantomu BLS dziecka

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pkt. 18 „możliwość wykonania iniekcji śródskórnej”, gdyż według naszej wiedzy i opisu na stronach producentów spełniających opis fantomy te posiadają możliwość iniekcji podskórnej, a nie śródskórnej?

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **10.08.2018 r.** do godziny **14:00**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1) w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) **Zadania nr 6 – Dostawa fantomu BLS dorosłego** zmianie ulega pkt. 28 oraz w Formularzu Jakościowym (Załącznik nr 6 do SIWZ) **Zadania nr 6 – Dostawa fantomu BLS dorosłego** zmianie ulega pkt. 28.

Było:

28	10 wymiennych dróg oddechowych
----	--------------------------------

Winno być:

28	10 wymiennych dróg oddechowych lub co najmniej 100 szt. maseczek jednorazowych
----	--

2) w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) **Zadania nr 7 – Dostawa fantomu BLS dziecka** zmianie ulega pkt. 12 oraz w Formularzu Jakościowym (Załącznik nr 6 do SIWZ) **Zadania nr 7 – Dostawa fantomu BLS dziecka** zmianie ulega pkt. 12.

Było:

12	Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta. W zestawie 10 szt. wymiennych dróg oddechowych.
----	---

Winno być:

12	Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta. W zestawie 10 szt. wymiennych dróg oddechowych lub co najmniej 100 szt. maseczek jednorazowych
----	--

3) w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) **Zadanie nr 7-Dostawa fantomu BLS dziecka** zmianie ulega pkt. 18

Było:

18.	W zestawie dodatkowo ramię treningowe do ćwiczeń iniekcji dożylniej, domięśniowej i śródskórnej
-----	---



Winno być:

18.	W zestawie dodatkowo ramię treningowe do ćwiczeń iniekcji dożylnych, domięśniowej i podskórnej
-----	--

4) w SIWZ pkt. 1, ppkt. 1.6.3 w Dziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Było:

Punkty za dodatkowe wymienne drogi oddechowe – max 10 pkt

- 10 wymiennych dróg oddechowych – 0
- Od 11 do 15 wymiennych dróg oddechowych – 2
- Od 16 do 20 wymiennych dróg oddechowych – 4
- Od 21 do 25 wymiennych dróg oddechowych – 6
- Od 26 do 30 wymiennych dróg oddechowych – 8
- Od 31 i powyżej wymiennych dróg oddechowych – 10

Winno być:

Punkty za dodatkowe wymienne drogi oddechowe lub maseczki jednorazowe – max 10 pkt

- 10 wymiennych dróg oddechowych lub 100 maseczek jednorazowych – 0
- Od 11 do 15 wymiennych dróg oddechowych lub od 101 do 115 maseczek jednorazowych – 2
- Od 16 do 20 wymiennych dróg oddechowych lub od 116 do 120 maseczek jednorazowych – 4
- Od 21 do 25 wymiennych dróg oddechowych lub od 121 do 125 maseczek jednorazowych – 6
- Od 26 do 30 wymiennych dróg oddechowych lub od 126 do 130 maseczek jednorazowych – 8
- Od 31 i powyżej wymiennych dróg oddechowych lub od 131 i powyżej – 10

5) w SIWZ pkt. 1, ppkt. 1.7.3 w Dziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Było:

Punkty za dodatkowe wymienne drogi oddechowe – max 10 pkt

- 10 wymiennych dróg oddechowych – 0
- Od 11 do 15 wymiennych dróg oddechowych – 2
- Od 16 do 20 wymiennych dróg oddechowych – 4
- Od 21 do 25 wymiennych dróg oddechowych – 6
- Od 26 do 30 wymiennych dróg oddechowych – 8
- Od 31 i powyżej wymiennych dróg oddechowych – 10

Winno być:

Punkty za dodatkowe wymienne drogi oddechowe lub maseczki jednorazowe – max 10 pkt

- 10 wymiennych dróg oddechowych lub 100 maseczek jednorazowych – 0
- Od 11 do 15 wymiennych dróg oddechowych lub od 101 do 115 maseczek jednorazowych – 2
- Od 16 do 20 wymiennych dróg oddechowych lub od 116 do 120 maseczek jednorazowych – 4



- Od 21 do 25 wymiennych dróg oddechowych lub od 121 do 125 maseczek jednorazowych – 6
- Od 26 do 30 wymiennych dróg oddechowych lub od 126 do 130 maseczek jednorazowych – 8
- Od 31 i powyżej wymiennych dróg oddechowych lub od 131 i powyżej – 10

6) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: **09.08.2018 r.** do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **09.08.2018 r.** o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. Oferty należy składać do dnia: **10.08.2018 r.** do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **10.08.2018 r.** o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego

PROREKTOR
ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich

dr Dariusz Perło

Załączniki:

1. *Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach*
2. *Formularz Jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach*