



Łomża, 03.10.2018 r.

Znak sprawy: KZp.2730.18.18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego do Salí umiejętności pielęgniarskich” (Znak sprawy: KZp.2730.18.18)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 616842-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniach 28.09.2018r., wpłynąby wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG bez funkcji ukrywania paska menu?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG bez prezentacji na ekranie:ID pacjenta, zegara, poleceń i komunikatów pomocy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę rekomendowaną przez Centra Symulacji Medycznej w Poznaniu i Bydgoszczy o parametrach jak poniżej:

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły LED po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ


Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę rekomendowaną przez Centra Symulacji Medycznej w Poznaniu i Bydgoszczy o parametrach jak poniżej:

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola w odległości 1m na poziomie 150 mm (+/-8%) w tym zakresie pełną iluminacją światła. Rozwiązanie tylko nieznacznie bo o 5 mm odbiegające od wymaganego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ





Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści lampę rekomendowaną przez Centra Symulacji Medycznej w Poznaniu i Bydgoszczy o parametrach jak poniżej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni liczone od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko w pełni elektryczne z regulacjami dokonywanymi z pilota (regulacja wysokości, segmentu pleców, uda, autokontur) oraz z panelu centralnego (regulacja wysokości, segmentu pleców, uda, Anty i Trendelenburga)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza „łóżko w pełni elektryczne z przechyłami bocznymi, z regulacjami dokonywanymi z pilota (regulacja wysokości, segmentu pleców, uda, autokontur) oraz z panelu centralnego (regulacja wysokości, segmentu pleców, uda, Anty i Trendelenburga)”, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko posiadające minimalną wysokość leża 42 cm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?


Wyjaśnienie: Tak- Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża

Pytanie nr 10

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku „STOP” i systemu bezpieczeństwa „GO”? W oferowanym łóżku panel centralny będzie miał możliwość blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratunkowych np. CPR) oraz będzie zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ



Pytanie nr 11

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 14) Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w wysięgnik na kroplówkę montowany w przedniej części leża?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy: Zadania nr 1 – Łóżko szpitalne – 1 szt.

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w uchwyt na kaczkę i basen?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, uznając wymóg „wyposażone w uchwyt na kaczkę i basen” jako opcjonalne dodatkowo punktowane, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, z możliwością wykonania zapisów w trybie ręcznym i automatycznym, a w trybie automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Pakiet 8, Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada czułość wydruku 2,5;5;10;20 mm/mV oraz tryb automatyczny?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Pakiet 8, Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada wózek z koszykiem drucianym na akcesoria?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Pakiet 8, Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada elektrody przedsercowe przyssawkowe?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Zad. 9 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pompy z udźwigiem 250 kg i materaca z dwoma warstwami komór powietrznych, czy dopuszcza materac z jedną warstwą komór powietrznych i pompą z możliwością terapeutyczną do 150 kg natomiast wytrzymałością do 200 kg?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Zad. 9 Czy Zamawiający odstąpi od powlekanych koszulek na spodzie pokrowca materaca? Brak tego parametru nie wpływa na zmniejszenie jakości materaca co do zmniejszenia siły tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Zad. 13 Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary zewnętrzne wózka 2070 x 810 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ



Pytanie nr 20

Zad. 13 Czy Zamawiający dopuści szerokość leża 650 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 13.

Hydrauliczny wózek prysznicowy

dot. poz. 4) Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy o wymiarach zewnętrznych dł. 2050 x szer. 800 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od opisanego?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Podnośnik

(dot. poz. 13) Czy Zamawiający dopuści podnośnik o udźwigu 165 kg. Parametr ten jest lepszy niż ten wskazany w opisie przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół, uruchamianą za pomocą czytelnie, wyraźnie oznaczonych dźwigni nożnych z kolorowymi indykatorami pozycji odblokowanej/zablokowanej zatem łóżko nie posiada sygnału braku hamulca, gdyż jest to funkcja zbędna?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 37 – 73,5 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z lekkiego i trwałego tworzywa polipropylenowego?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi panelami?



Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją CPR za pomocą dwóch przycisków?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Zadanie nr 8 – Dostawa aparatu EKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w drukarkę obsługującą papier dowolnego producenta, ze znacznikiem lub bez, o szerokości 210 mm? Papier o tej szerokości umożliwi i zapewni czytelniejszy wydruk 12 odprowadzeń EKG niż papier o szerokości 110-112 mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 8 – Dostawa aparatu EKG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG ze wzmocnieniem zapisu EKG 2,5, 5, 10, 20, 10/5 oraz Auto (mm/mV)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 8 – Dostawa aparatu EKG

Czy Zamawiający będzie wymagał żeby aparat charakteryzował się wysoką odpornością na zakłócenia CMRR > 115 dB?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 8 – Dostawa aparatu EKG

Czy Zamawiający będzie wymagał żeby aparat był przystosowany do pracy z zasilania przez min. 4 godziny ciągłej pracy? Odpowiednio długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym zwiększa wygodę pracy z aparatem oraz podnosi jego mobilność.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 9

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie napełniania komór w systemie 2:1

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 9

Pkt. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu mikro otworków, w przypadku zaoferowania materaca z pokrowcem o wysokiej przepuszczalności pary wodnej – na poziomie powyżej 450g/m²/24, który zapewnia odpowiedni mikroklimat i chroni skórę pacjenta przed maceracją

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 85x200





Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 9

Pkt. 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu współpracy pompy z innym materacem

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 9

Pkt. 12

Prosimy o odstąpienie od wymogu przesuwania powietrza w przypadku zaoferowania pompy o wydajności min. 6l/min

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 9

Pkt. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu wypinania pojedynczych komór

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 9

Pkt 17

Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w 4 kierunkach – jest to parametr lepszy

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 12

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie regulacji 78-152 cm i 6 uchwytów

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 12

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie regulacji 84-162 cm i 6 uchwytów

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 12

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie średnicy 42 mm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 12

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie średnicy 40 mm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 43

Zadanie nr 12

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 75x33x0,6 cm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 12

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 72x71 cm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG z opcją wydruku linii siatki na papierze faxowym lecz bez opcji wyświetlania siatki na ekranie aparatu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.10.2018 r. do godziny 12:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. w SIWZ pkt. 1, ppkt. 1.1 w Dziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Było:

1.1 Zadanie nr 1 – Dostawa łóżka szpitalnego (specjalistycznego z przechyłami bocznymi)

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena (C): 60%

Okres gwarancji: 40%

1.1.1 Punkty za kryterium Cena – 60 %

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = CN/COB \times 60\% \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

CN – najniższa zaoferowana Cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

1.1.2 Punkty za kryterium Okres gwarancji - 40 %

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium okres gwarancji



zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału:

- wymagany okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt
- okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy - 20 pkt
- okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy i więcej miesięcy - 40 pkt

UWAGA: Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 mieniący. Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym udzielany okres gwarancji. Zamawiający nie przewiduje okresów gwarancji liczonych w miesiącach innych niż 24, 36 i 48 i więcej miesięcy. Podanie okresu gwarancji mniejszego niż 24 miesiące lub brak jego podania w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm).

Winno być:

1.1 Zadanie nr 1 – Dostawa łóżka szpitalnego (specjalistycznego z przechyłami bocznymi)

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena (C): 60%

Okres gwarancji: 30%

Dodatkowe akcesoria: 10%

1.1.1 Punkty za kryterium Cena – 60 %

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = CN/COB \times 60\% \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

CN – najniższa zaoferowana Cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

1.1.2 Punkty za kryterium Okres gwarancji - 30 %

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium okres gwarancji zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału:

- wymagany okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt
- okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy - 10 pkt
- okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy i więcej miesięcy - 30 pkt

UWAGA: Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 mieniący. Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym udzielany okres gwarancji. Zamawiający nie przewiduje okresów gwarancji liczonych w miesiącach innych niż 24, 36 i 48 i więcej miesięcy. Podanie okresu gwarancji mniejszego niż 24 miesiące lub brak jego podania w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm).

1.1.3 Punkty za kryterium Dodatkowe akcesoria - 10 %

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium dodatkowe akcesoria zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału:

Punkty za dodatkowe akcesoria do łóżka, tj. uchwyt na kaczkę, uchwyt na basen – max 10 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt. 18 tabeli)

- brak uchwytu na kaczkę i uchwytu na basen - 0 pkt
- uchwyt na kaczkę 1 szt., uchwyt na basen 1 szt. - 10 pkt



2. Zadanie nr 13 - Dostawa zestawu sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m.in. mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik - 1 szt. zmianie ulega pkt. 13 ppkt I w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w Formularzu Jakościowym (Załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

I	HYDRAULICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY	
---	---------------------------------	--

Winno być:

I	HYDRAULICZNY WÓZEK PRYSZNICOWY	
---	--------------------------------	--

3. Zadanie nr 8 - Dostawa aparatu EKG - 1 szt. zmianie ulega pkt. 8 ppkt 22 w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w Formularzu Jakościowym (Załącznik nr 6 do SIWZ):

Było:

22.	Wózek zapewniający bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie oraz mobilność aparatu. Wyposażony w blokadę min 2 kół oraz minimum jeden pojemnik na akcesoria (do każdego z 3 –ech aparatów.
-----	---

Winno być:

22.	Wózek zapewniający bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie oraz mobilność aparatu. Wyposażony w blokadę min 2 kół oraz minimum jeden pojemnik na akcesoria (do każdego z 3 –ech aparatów.
-----	---

4. w SIWZ pkt. 1 w Dziale IV Termin dostawy zamówienia:

Było:

IV. Termin dostawy zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia – 21 dni liczone od dnia podpisania umowy dla każdego z zadań.
2. Podpisanie umowy z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą nastąpi przy zachowaniu terminów wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Winno być:

IV. Termin dostawy zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia – 42 dni liczone od dnia podpisania umowy dla każdego z zadań.
2. Podpisanie umowy z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą nastąpi przy zachowaniu terminów wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.



5. we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) § 3, pkt 1.

Było:

§ 3

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 umowy, zostanie dostarczony do Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy tj., do dniar.

Winno być:

§ 3

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 umowy, zostanie dostarczony do Zamawiającego w terminie do 42 dni liczone od dnia podpisania umowy tj., do dniar.

6. we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) § 2, pkt 5.

Było:

§ 2

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w § 2 ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.

Winno być:

§ 2

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w § 2 ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.


7. w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: **05.10.2018 r.** do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **05.10.2018 r.** o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. Oferty należy składać do dnia: **08.10.2018 r.** do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **08.10.2018 r.** o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter



Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego:

p.o. KANIGIERZ

mgr inż. Artur Baldowski

Załączniki:

- 1. Wzór umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach*
- 2. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach*
- 3. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) po zmianach*
- 4. Formularz Jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach*