



Łomża, 28.06.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.19.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej” (Znak sprawy: KZp.2730.19.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563255-N-2019 z dnia 19.06.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniach 24-25.06.2019 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Zadanie 1 Fantom BLS niemowlęcia 2szt

Pytanie 1

5. Głowa ruchoma, szczeka z językiem ruchoma Czy Zamawiający uzna fantom bez ruchomej szczęki i języka? *Pragniemy zaznaczyć, że szczeka jest nieruchomą częścią czaszki.*

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

11. Możliwość badania tętna na co najmniej 1 tętnicy Czy Zamawiający uzna fantom BLS bez możliwości badania tętna na 1 z tętnic ale w zamian oferujący system pomiarów uciśnięć klatki piersiowej obrazujący również relaksację klatki piersiowej i częstotliwość?

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 3:

21. Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. *Wnioskujemy o wydłużenie czasu reakcji - przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin?*

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

22. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. *Wnioskujemy o wydłużenie czasu skutecznej*



naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

23. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. *Wnioskujemy o wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 14 dni roboczych*

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

24. Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. *Wnioskujemy o wydłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy fantomu BLS niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom BLS niemowlęcia posiadający realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji tylko przez usta-usta oraz worek samorozprężalny? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów przez uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy fantomu BLS niemowlęcia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom BLS niemowlęcia nie posiadający możliwości użycia rurki nosowo-żołądkowej? Fantomy posiadające całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta nie posiadają możliwości użycia rurki nosowo-żołądkowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Formularz Jakościowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – 21 dni, prośbę swoją motywujemy tym, że są to produkty dostarczone z poza granic Polski, w związku z tym terminy dostawy części są wydłużone.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza 14 dni roboczych, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



Pytanie 10

Dotyczy Formularz Jakościowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych do 10 dni roboczych.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza 7 dni roboczych, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji – przystąpienia do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 ssaka z 2018 roku?

Oferowany produkt jest nowy, gotowy do użycia i gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Z uwagi na aktualne stany magazynowe, nasza firma niniejszym oświadcza, że w sprzedaży posiada produkty z datą produkcji 2018, które niczym się nie różnią od tych produkowanych w 2019 roku. Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta, która rozpoczyna się w momencie sprzedaży.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 03.07.2019 r. do godziny 12:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. w SIWZ w dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, zmianie ulega pkt. 1 i 3:

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: 02.07.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, po
kój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. Oferty zostaną otwarte dnia 02.07.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży



ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. **Oferty należy składać do dnia: 03.07.2019 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)

3. **Oferty zostaną otwarte dnia: 03.07.2019 r. o godz. 14:00** w siedzibie Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego:

p.o. KANCLERZ
mgr inż. Artur Baldowski

Załączniki:

1. *Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach*
2. *Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach*

