

Łomża, 28.08.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.22.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia do nowoutworzonych pracowni w Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia”, (Znak sprawy: KZp.2730.22.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 587692-N-2019 z dnia 20.08.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 6: Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści aparat do elektroterapii z sondą prysznicową o następujących parametrach:

- Prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800,660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Dotyczy: Bieżnia rehabilitacyjna. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulacji kąta nachylenia: od 0% do 22%?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Dotyczy: Bieżnia rehabilitacyjna. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym obciążeniu do 150kg?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Dotyczy: Bieżnia rehabilitacyjna. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 80 x 260 x 150 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy: Leżanka drewniana do fizykoterapia Czy Zamawiający dopuści leżankę z regulacją kąta zagłówek 0/+25⁰, brak trzech ustawień.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **04.09.2019 r.** do godziny **14:00**.



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu do fizykoterapii, APARAT DO ELEKTROTERAPII typ 1 (ilość – 1 szt.), pkt. 14 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

14.	w wyposażeniu: sonda punktowa o mocy mieszczącej się w przedziale od 100 do 400 mW i długości fali mieszczącej się w przedziale od 800 do 850 nm oraz aplikator prysznicowy o mocy mieszczącej się w przedziale od 200 do 500 mW i długości fali min. 660 nm
-----	--

Powinno być:

14.	w wyposażeniu: sonda punktowa o mocy mieszczącej się w przedziale od 100 do 400 mW i długości fali mieszczącej się w przedziale od 800 do 850 nm oraz aplikator prysznicowy o mocy mieszczącej się w przedziale od 200 do 1600 mW i długości fali min. 660 nm
-----	---

2. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu do fizykoterapii, BIEŻNIA DO TRENINGU I REHABILITACJI (ilość – 1 szt.), pkt. 5,6,7 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

5	regulacja kąta nachylenia: od 0% do max. 30 %
6	przeznaczony dla pacjenta o masie ciała max. do 220 kg
7	max. wymiary do: 2250 x 960 x 1640 mm

Powinno być:

5	regulacja kąta nachylenia: od 0% do max. 22-30 %
6	przeznaczony dla pacjenta o masie ciała max. od 120 do 220 kg
7	max. wymiary do: 2700 x 960 x 1640 mm


3. zmianie ulega pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: **02.09.2019r r.** do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **02.09.2019 r.** o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. Oferty należy składać do dnia: **04.09.2019 r.** do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **04.09.2019 r.** o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter



Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego:

p.o. KANCLERZ

mgr inż. Artur Baldowski

Załączniki:

- 1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach*
- 2. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6A do SIWZ) po zmianach*



15lat
PWSiP
w Łomży

Projekt pn „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego