

Łomża, 06.11.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.3.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej” (Znak sprawy: KZp.2730.3.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 616239-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 04.11.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 1

Zadanie nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o wydolności wydechowej maksymalnej 1650 ml oraz o pojemności rezerwuaru tlenu 2000 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści 8 sztuk rurek ustno-gardłowych Guedela stanowiących komplet? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Zadanie nr 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.





Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie nr 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,9 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zadanie nr 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,3 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zadanie nr 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,5 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Zadanie nr 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,8 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Zadanie nr 1, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.


Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie nr 1, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 3,3 lub 5,0? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



Pytanie 10

Zadanie nr 1, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści filtr równoważny?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Zadanie nr 1, pozycja 77

Czy Zamawiający dopuści długość w zakresie 12-14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Zadanie nr 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści cewnik 29 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Zadanie nr 1, pozycja 81

Czy Zamawiający dopuści cewnik 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie nr 1, pozycja 83

Czy Zamawiający ma na myśli worek na mocz z drenem?

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli worek na mocz do cewników zewnętrznych (penileksów) z drenem.


Pytanie 15

Zadanie nr 1, pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści butla Redona 200ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.





Pytanie 16

Zadanie nr 1, pozycja 87

Czy Zamawiający dopuści worek z maską u numerze 2 o wydolności wydechowej maksymalnej 600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 1600ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie nr 1, pozycja 88

Czy Zamawiający dopuści worek o wydolności wydechowej maksymalnej 280 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 1600ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie nr 1, pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści strzykawka 3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Zadanie nr 1, pozycja 116

Czy Zamawiający dopuści prowadnica 2,2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.


Pytanie 21

Zadanie nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,9 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.





Pytanie 22

Zadanie nr 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Zadanie nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Zadanie nr 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Zadanie nr 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

Zadanie nr 2, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści filtr równoważny?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27


Zadanie nr 2, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści cewnik 29 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28





Zadanie nr 2, pozycja 67

Czy Zamawiający dopuści cewnik 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Zadanie nr 2, pozycja 69

Czy Zamawiający ma na myśli worek na mocz z drenem?

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli worek na mocz do cewników zewnętrznych (penileksów) z drenem.

Pytanie 30

Zadanie nr 2, pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści butla Redona 200ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o wydolności wydechowej maksymalnej 1650 ml oraz o pojemności rezerwuaru tlenu 2000 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Zadanie nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści 8 sztuk rurek ustno-gardłowych Guedela stanowiących komplet? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Zadanie nr 3, pozycja 24-28

Co Zamawiający ma na myśli pisząc „zestaw”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający przez omyłkę pisarską wstawił „zestaw” prawidłowe brzmienie



zapisów:

Pozycja 24 rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarach 6,0

Pozycja 25 rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarach 6,5

Pozycja 26 rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarach 7,0

Pozycja 27 rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarach 7,5

Pozycja 28 rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarach 8,0

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Zadanie nr 3, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Zadanie nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,9 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 36

Zadanie nr 3, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Zadanie nr 3, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Zadanie nr 3, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



Pytanie 39

Zadanie nr 3, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 40

Zadanie nr 3, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 3,3 lub 5,0? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Zadanie nr 3, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści gaza opatrunkowa 0,25 m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Zadanie nr 3, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści filtr równoważny?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Zadanie nr 3, pozycja 81

Czy Zamawiający dopuści cewnik 29 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Zadanie nr 3, pozycja 82


Czy Zamawiający dopuści cewnik 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Zadanie nr 3, pozycja 84





Czy Zamawiający ma na myśli worek na mocz z drenem?

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli worek na mocz do cewników zewnętrznych (penileksów) z drenem.

Pytanie 46

Zadanie nr 3, pozycja 85

Czy Zamawiający dopuści butla Redona 200ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Zadanie nr 3, pozycja 86

Czy Zamawiający dopuści worek z maską u numerze 2 o wydolności wydechowej maksymalnej 600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 1600ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Zadanie nr 3, pozycja 87

Czy Zamawiając dopuści worek o wydolności wydechowej maksymalnej 280 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 1600ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Zadanie nr 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.


Pytanie 50

Zadanie nr 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,9 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.





Pytanie 51

Zadanie nr 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Zadanie nr 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Zadanie nr 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Zadanie nr 4, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 18.11.2019 r. do godziny 12:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. w SIWZ w dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, zmianie ulega pkt. 1 i 3:

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: 08.11.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:



Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, po
kój nr 124 I piętro (sekretariat)

3. Oferty zostaną otwarte dnia 08.11.2019 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. **Oferty należy składać do dnia: 18.11.2019 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. **Oferty zostaną otwarte dnia: 18.11.2019 r. o godz. 14:30** w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) po zmianach
3. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach

W imieniu Zamawiającego:

DYREKTOR
ADMINISTRACYJNY

mgr inż. Artur Baldowski

