



Łomża, 18.03.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.8.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego panela jedno stanowiskowego nadłóżkowego z wybranymi mediami do Centrum Symulacji Medycznej” (Znak sprawy: KZp.2730.8.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524585-N-2019 z dnia 13.03.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 15.03.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści panel o nieznacznie większej szerokości tj. 84,6 mm? Zmiana parametru jest nieznacząca w zakresie funkcjonalności urządzenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił głębokość panela max. 80 mm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści panel o długości profilu nieznacznie większej tj. max. 150 cm co ułatwi dostęp do gniazd z obu stron łóżka ?

Wyjaśnienie:


Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga trzech punktów poboru o różnych standardach szybkości czyli typu AGA albo typu DIN?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ



Pytanie 4

Prosimy o określenie, który z wymaganych punktów poboru ma być typu AGA, a który typu DIN? Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego typu wtyków dla wszystkich punktów poboru. Powszechną praktyką jest stosowanie jednego typu gniazd w panelach medycznych, które powinny być kompatybilne ze sprzętem, jaki posiada Zamawiający, np. gniazd typu AGA albo typu DIN. Stosowanie w jednym panelu różnych typów szybkozłączek (AGA, DIN) może spowodować uszkodzenie gniazda przy zastosowaniu sprzętu z nieodpowiednim wtykiem.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wszystkie gniazda w tym gniazdo poboru próżni mają być podłączone do instalacji sprężonego powietrza?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin realizacji zamówienia przewidziany przez Zamawiającego? Istnieje rozbieżność między zapisami SIWZ – w pkt IV jako termin realizacji jest wskazany 21 dni liczony od dnia podpisania umowy, zaś w opisie kryteriów oceny w pkt XIV podpkt 2.2. są wskazane zupełnie inne terminy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia z 42 dni (6 tyg.) do 8 tygodni? Oferowany panel medyczny jest towarem sprowadzonym z zagranicy i standardowy termin realizacji zamówienia to 8 tygodni. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ dział IV, zapisami wskazanymi przy opisie punktów, zapisami w Formularzu ofertowym pkt. 3.1 i zapisami wskazanymi w Ogłoszeniu o zamówieniu termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni. Terminy wskazane w uwagach do kryteriów zostały wskazane omyłkowo i powinny brzmieć:

UWAGA: Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni. Ilość oferowanych dni tj. 7, 14 lub 21 dni Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym. Podanie



terminu (ilości dni) dłuższego niż 21 dni lub brak podania terminu wykonania w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm).

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie powyższego terminu.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dokonywania przeglądów technicznych sprzętu? Wymóg dokonywania przeglądów technicznych może doprowadzić do bezzasadnego wzrostu ceny. Jeśli Zamawiający nie wymaga dokonywania przeglądów, to prosimy o usunięcie z projektu umowy postanowienia zawartego w § 5 ust. 1 pkt 1.5, albowiem postanowienie o naliczeniu kar umownych za niewymagane przeglądy jest bezzasadne.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% za każdy dzień opóźnienia do 0,1 – 0,2% za każdy dzień opóźnienia/zwłoki, przewidzianych w § 5 ust. 1 pkt 1.2-1.5 projektu umowy? Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1 – 0,2% za każdy dzień opóźnienia/zwłoki. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w projekcie umowy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że przedmiotem postępowania jest tylko i wyłącznie dostawa panela medycznego, zaś nie jego instalacja (montaż) i uruchomienie? Jeśli przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje instalacji, uruchomienia i montażu, to prosimy Zamawiającego o dokonanie zmian w § 1 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie wymogu instalacji urządzenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia że ww paragraf umowy nie wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest instalacja (montaż) i uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego a



wyłącznie, że Wykonawca nie może dostarczyć ani zainstalować w przedmiocie zamówienia to jest w panelu innych części składowych (wyposażenia) niż te które zaoferował w ofercie. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa, która nie obejmuje instalacji (montażu) i uruchomienia fabryczne nowego panela medycznego jednostanowiskowego nadłóżkowego z wybranymi mediami.

W imieniu Zamawiającego:

p.o. KANCELARZ

mgr inż. Artur Baldowski

