



KZp.2730.23.19

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zadanie nr 1

Dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka próżniowego lub elektrycznego do Sali symulacji wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

Lp.	Parametry, funkcjonalności
1.	Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2019 lub 2018
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim
3.	Ssak elektryczny, napięcie zasilania 230V/50Hz
4.	Na statywie jezdnym gwarantującym łatwe przemieszczanie
5.	W zestawie dwie butle poliwęglanowe o pojemności 2 l
6.	W zestawie dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - po 1 sztuce
7.	Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25 do 40 l / min
8.	Wskaźnik i regulator podciśnienia
9.	Maksymalne ciśnienie 80kPa
10.	Zabezpieczenie przed przepełnieniem
11.	Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu
12.	Warunki gwarancji:
13.	Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia.
14.	Wykonawca zobowiązany jest do dostawy.
15.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
16.	W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca
17.	Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48



KZp.2730.23.19

	godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
18.	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
19.	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
20.	Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
21.	Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3-krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia.

2. Zadanie nr 2

Dostawa ssaka elektrycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka elektrycznego do Sali umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.

Lp.	Parametry, funkcjonalności
1.	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub 2018
2.	Instrukcja użytkownika w języku polskim
3.	Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%
4.	Ciśnienie max. 80 kPa
5.	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min
6.	Wbudowany wskaźnik ciśnienia
7.	Możliwość regulacji siły ssana
8.	Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne z uchwytem do przenoszenia lub jezdny stojakiem. W przypadku uchwyty do przenoszenia możliwość ustawienia na stoliku.
9.	Zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornika
10.	Zbiornik min. 1 litrowy z poliwęglanu
11.	Filtr antybakteryjny – min 2 szt.



KZp.2730.23.19

12.	Łącznik drenów
13.	Dreny silikonowe - min. 2 szt.
	Warunki gwarancji:
14.	Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia.
15.	Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania ssaka.
16.	Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi ssaka.
17.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego.
18.	Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji).
19.	Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax)
20.	W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca
21.	Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
22.	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
23.	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
24.	Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
25.	Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia.