

Łomża, 26.02.2020 r.

Znak sprawy: KZp.2730.7.20

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę dwóch myjek ultradźwiękowych**” (Znak sprawy: KZp.2730.7.20)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514855-N-2020 z dnia 20.02.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 25.02.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjki:

- o temperaturze grzania od 30 do 80 stopni,
- o mocy grzania 400 W,
- z pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
- o zakresie czasu do 30 minut lub praca ciągła,
- o mocy szczytowej ultradźwięków 600 W,
- bez regulacji mocy ultradźwięków.

Myjki z naszej oferty charakteryzują się powyższymi cechami i spełniają jednocześnie wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Są to urządzenia bardzo wysokiej jakości oraz o bardzo dobrych parametrach technicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1) **w załączniku nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 6 do SIWZ formularz jakościowy, pkt.3,5,6,8,10,20**

było:

3	Moc generatorów ultradźwięków - 4x80 W
5	Częstotliwość ultradźwięków - 37 – 40 kHz z regulacją

6	Moc grzania - 250-350 W
8	Temperatura grzania – od 20 do 80°C
10	Pokrywka - Stal nierdzewna
20	Zakres czasu - Minimum 1h

winno być:

3	Moc generatorów ultradźwięków - 4x80 W lub wyższa
5	Częstotliwość ultradźwięków - 37 – 40 kHz z regulacją lub bez regulacji
6	Moc grzania - 250-400 W
8	Temperatura grzania – do 80°C
10	Pokrywka - Stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne wysokiej jakości
20	Zakres czasu - Minimum 30 min

2) w SIWZ w dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, zmianie ulega pkt.

1 i 3:

było:

- Oferty należy składać do dnia: 28.02.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, po
kój nr 124 I piętro (sekretariat)
- Oferty zostaną otwarte dnia 28.02.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

winno być:

- Oferty należy składać do dnia: 02.03.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
- Oferty zostaną otwarte dnia: 02.03.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego

REKTOR

dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSiP

Załączniki:

- 1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach*
- 2. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach*