

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch myjek ultradźwiękowych według poniższej specyfikacji.

Lp.	Nazwa parametru
1	Napięcie - 220-230 V
2	Pojemność - Nie większa niż 10 L
3	Moc generatorów ultradźwięków - 4x80 W lub wyższa
4	Materiał - Stal nierdzewna
5	Częstotliwość ultradźwięków - 37 – 40 kHz z regulacją lub bez regulacji
6	Moc grzania - 250-400 W
7	Funkcja grzania
8	Temperatura grzania – do 80°C
9	Regulacja mocy ultradźwięków
10	Pokrywka - Stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne wysokiej jakości
11	Rączki do przenoszenia
12	Kranik odpływowy
13	Kosz - Stal nierdzewna
14	DSP:
15	Funkcja degas
16	Funkcja sweep
17	Funkcja puls
18	Funkcja pamięci
19	Timer
20	Zakres czasu - Minimum 30 min
21	Wyświetlacz LED
22	Start/stop
23	Przyciski i pokrętła panelu sterowniczego
24	Tryb pracy ciąglej
25	Warunki gwarancji: Co najmniej 12 miesięcy